

DIU chinois vieux de 15 ans

Ellen Wiebe, MD

Vancouver C-B

À Vancouver, nous voyons fréquemment des patientes dont le DIU a été inséré en Chine. Ces DIU sont habituellement des anneaux spiralés en acier sans fils et sont difficiles à retirer.

Une femme de 40 ans dont le DIU avait été inséré en Chine 15 ans auparavant et présentant une grossesse de neuf semaines nous a consulté à des fins d'interruption de grossesse. À la suite de l'intervention d'aspiration, nous avons tenté de retirer le DIU, d'abord au moyen d'un crochet à DIU, puis au moyen de forceps étroits et d'une visualisation par échographie abdominale. Le DIU pouvait être perçu sur l'échographie et senti au moyen des forceps, mais

son retrait s'avérait compliqué. Nous sommes finalement parvenus à le retirer à la suite de son bris en deux morceaux et de son étirement. L'échographie postopératoire indiquait un utérus vide; de plus, l'utérus de la patiente semblait intact à la palpation au moyen d'une curette, dans le cadre d'une exploration menée avec précaution. Le suivi a révélé que la patiente se portait apparemment bien.

Figure 1 DIU ayant été retiré et DIU similaire, avant l'insertion. Figure 2 Image échographique, prise une semaine avant l'intervention, montrant le DIU près du sac gestationnel.

J Obstet Gynaecol Can, vol. 29, n° 8, 2007, p. 616.

Figure 1



Figure 2

